

# EU Prohlášení o shodě

**Výrobce:** ADASH spol s r.o.  
Hlubinská 32/1379, 702 00 Moravská Ostrava  
IČO:42867649, DIČ:CZ42867649  
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, C 1634

**Popis zařízení:** Ruční, bateriový analyzátor vibrací s externím snímačem.

**Typ:** ADASH 4900 Vibrio-Ex  
sériové číslo:

**Způsob posouzení shody:** §12, odst.4, písm.a) zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění  
Nv.č.116/2016 Sb.

**Použité technické předpisy  
a normy:** NV169/97 Sb. v platném znění 117/2016  
ČSN EN 55022:1996/A1:1997/A2:1998,  
ČSN EN 55011:1994/A1,A2:1998,  
ČSN EN 60079-0 (2013), ČSN EN 60079-11 (2012)

**Účast akreditované osoby:** Fyzikálně technický zkušební ústav  
Pikartská 7, Ostrava, Radvanice,  
FTZÚ 14 ATEX 0130 ze dne 27.3.2015 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb  
FTZÚ 15 ATEX Q001 ze dne 15.1.2015 dle ČSN EN 80079-34



**Potvrzení výrobce:**

Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti analyzátoru vibrací ADASH 4900 Vibrio-Ex splňují základní požadavky dle zákona č. 90/2016 Sb. Analyzátor je za podmínek obvyklého užití bezpečný a výrobce zajišťuje shodu všech analyzátorů typu ADASH 4900 Vibrio -Ex uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

**Odpovědná osoba výrobce:** RNDr. Adam Bojko, jednatel společnosti.

V Ostravě 2.1.2020

Podpis: .....